АППЭК-Сервис

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
РАСХОДОМЕР турбинный Trimeter®-turbo многопараметрический

НЕРАЗДЕЛЕННОЕ ЗНАНИЕ ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ, ПОТРАЧЕННАЯ ЗРЯ !

Предприятие:			***Дата***
Адрес:			
Контактное лицо:			
Тел/Факс/Email:			
Количество:		***Обозначение согласно проекту:***	
Конечный заказчик:			

Параметры измеряемой среды

Измеряемая среда:	☐ природный газ ☐ сжатый воздух ☐ вода ☐ керосин ☐ насыщенный пар ☐ перегретый пар ☐ этиленгликоль ☐ аммиак ☐ другая среда			
Параметр	**Мин.**	**Ном.**	**Макс.**	**Ед. изм.**
Расход				☐ кг/ч ☐ $м^3$/ч ☐ $нм^3$/ч
Давление изб.				☐ бар ☐ $кгс/см^2$
Температура				^oC
Плотность				$кг/м^3$
Плотность при 20 ^oC и 1 атм				
Вязкость при рабочих параметрах				сПз

Условия эксплуатации

Параметры трубопровода	внутренний ∅ мм внешний ∅ мм
Материал трубопровода	☐ Ст.20 ☐ 09Г2С
Монтаж под давлением	☐ нет ☐ да
Место установки	☐ помещение ☐ улица температура ^oC мин макс

Исполнение расходомера

ЖКИ дисплей (рекомендуется для конфигурирования по месту)	☐ нет ☐ да
Измерение расхода	☐ объемное ☐ массовое с температурной компенсацией (со встроенным датчиком температуры) – для насыщенного пара и жидкостей с изменяющейся от температуры плотностью ☐ массовое с компенсацией по температуре и давлению (со встроенными датчиками температуры и давления) ☐ массовое с внешними датчиками температуры и давления
Выходной сигнал:	☐ токовая петля 4 - 20 мА, числоимпульсный, частотный, HART ☐ один 4 - 20 мА, числоимпульсный, частотный ☐ три 4-20 мА, числоимпульсный, три релейных, частотный ☐ HART ☐ Modbus ☐ BACnet
Напряжение питания	☐ 220В 50Гц ☐ 24В **Блок питания 220/24**: ☐ да ☐ нет
Раздельное исполнение датчика и электронного блока(кабель 15м):	☐ нет ☐ да
Материал присоединительного клапана	☐ углеродистая сталь ☐ нерж.сталь ☐
Очистка для измерения кислорода	☐ нет ☐ да
Первичная поверка	☐ нет ☐ да
Обогреваемый шкаф	☐ нет ☐ да ☐ Термочехол
Струевыпрямитель	☐ нет ☐ да
Кабельный ввод	☐ общепромышленный ☐ взрывозащищенные (расходомер всегда во взрывозащищенном исполнении Exd)
Монтажный комплект	☐ нет ☐ да
Другие требования	

АППЭК® - Сервис

195265, Санкт-Петербург
Гражданский пр., 111
ИНН 7804098253

www. energycontrol.spb.ru

Телефон: (812) 640-43-22, 531-14-07
Факс: (812) 531-14-40
E-mail:energycontrol@appec.spb.ru